



Сомбор, 10.02.2017. године
Број: 30-341/појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање: Молимо Вас за измену конкурсне документације, у партији 2.9 ацидобазни анализатор на следећи начин:

У конкурсној документацији **САДА** стоје ове количине добара:

1	RP 405 MCART FULL+COOX 750	пак	8
2	RP WASH/WASTE CART PKG REAGENTS 1/3	пак	8
3	PAPIR TERMO 57X63mm	ком	25

Према постојећој сарадњи, обавештавамо Вас, да интерно одељење (са кардиологијом) где се налази ацидобазни апарат PR405, немају потребе за великим паковањем од 750 анализа MCART, већ користе паковање од 250 анализа MCART, што смо у претходној години (2016) испоштовали и испоручивали паковање од 250 анализа.

Такође напомињемо да је рок трајања 1 паковања MCART 28 дана од момента активације на апарату, тако да укупан број од 8 паковања није довољан за 12 месеци.

Наш предлог је да извршите измену конкурсне документације у складу са реалним потребама корисника, те би табела за наведену партију требала да изгледа на следећи начин:

1	RP 405 MCART FULL+COOX 250	пак	13
2	RP WASH/WASTE CART PKG REAGENTS 1/4	пак	10
3	PAPIR TERMO 57X63mm	ком	25

Одговор: Конкурсна документација је измењена.

Питање: Да ли ће бити прихваћена понуда у којој је понуђен А1 лектин који је потпуно еквивалентан (одговарајући) траженом и користи се на исти начин и у исте сврхе?

Одговор: Да, Наручилац ће прихватити понуду.