



Сомбор, 21.07.2017. године
Број: 30-3098 појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање:

1. Одговором на захтев за додатним појашњењем објављеним на Порталу јавних набавки дана 17.07.2017. године, на питање потенцијалног понуђача да ли сертификат ИСО 13485 могу да имају и понуђачи и произвођачи опреме, дозволили сте да наведени сертификат могу имати или једни или други. Нејасан нам је овакав став, с обзиром да сада, уколико произвођач опреме има наведени сертификат, понуђачи који учествују за сервисирање опреме наведеног произвођача нису у обавези да поседују тражени сертификат. Наведеним поступањем, како се ради о сертификату који је уско повезан са сервисирањем и продајом медицинске опреме, омогућили сте свим потенцијалним понуђачима, па и онима који не поседују искуство и стручност у сервисирању медицинске опреме да учествују у предметном поступку јавне набавке, а што је поседовањем овог сертификата било онемогућено.

Молимо вас да измените додатни услов на начин што ће исти бити у обавези да поседују понуђачи који учествују у предметном поступку јавне набавке, а све у циљу како би овако постављен додатни услов имао смисла јер вама као наручиоцу опрему сервисирају понуђачи, а не произвођач опреме.

2. На страни 3 од 34 Конкурсне документације, предвидели сте да је јавна набавка обликована по партијама, и то: Партија 1. - Aparati tipa Dreager Партија 2. - Aparati tipa Mindray Партија 3. - Aparati tipa Hamilton Партија 4. - Aparati tipa Breas Партија 5. - Servis stanica za medicinski kiseonik i azot oksidul.

У Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни, вероватно услед техничке грешке, навели сте да су апарати типа Hamilton, партија 2, а апарати типа Mindray, партија 3.

Молимо Вас да измените конкурсну документацију на начин што ћете усагласити називе и бројеве партија у конкурсној документацији.

3. Питања и сугестије везано за ЈНОПБР 23/2017- сервис апарата за анестезију, респирацију и уређаја за снабдевање медицинским гасовима

Будући да се у склопу партије бр. 1 апарати типа Драегер налазе апарати ЕОЛ - „енд ои лифе“ којима је одавно истекла репаратурна обавеза одн. апарати се више не производе и не продају резервни делови а произвођач не може да гарантује испоруку резервних делова да ли ћете, због ваше сигурности, захтевати обавезно издавање атеста о исправности што би се доказивало сопственом изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће понуђач доставити атест о исправности за сваки апарат?

Одговор:

1. Наручилац је на сугестију потенцијалног понуђача прихватио уочени пропуст наручиоца тако да се наведени услов исправља на првобитну верзију и гласи:
„УСЛОВ: да понуђач располаже довољним пословним капацитетом
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
Фотокопија важечег сертификата о усаглашености система квалитета (ИСО 9001; 13485) за понуђача „
2. Наручилац је исправио конкурсну документацију.
3. Наручилац је допунио већ постојећи додатни услов за учешће у поступку јавне набавке под редним бројем 4 са „под материјалном и кривичном одговорношћу“

Комисија