



Сомбор, 23.10.2017. године
Број: 30-4795 појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање:

1. Видео центар са извором светла:

- 1.1. Да ли је прихватљиво да извор светла буде са хепоп лампом од 150W уместо лед лампе? (Све премиум класе извора светла имају хепоп лампу).
- 1.2. Да ли је прихватљиво да уместо HDTV резолуције слике буде HD резолуција? (Нема битне разлике).
- 1.3. Да ли је прихватљиво да наглашена визуализација крвних судова и мукозних структура буде софтверским путем? (Софтверским путем је боља технологија).
- 1.4. Да ли је прихватљиво да аналогни излази буду RGB, Composite и Y/C ?
- 1.5. Да ли је прихватљиво да дигитални излази буду DVI x 2?
- 1.6. Да ли је прихватљиво да freeze контрола слике буде са функцијом freeze scan? (Различити називи код произвођача – функција иста).
- 1.7. Да ли је прихватљиво да електронски зоом буде 1.2x , 1.5x и 2.0x?
- 1.8. Да ли је прихватљиво да подешавање колор боја буде црвена и плава боја без хрома?

2. Видео ендоскоп – гастроскоп (HDTV видео гастроскоп)

- 2.1. Да ли је прихватљиво да гастроскоп има HD резолуцију уместо HDTV? (Нема битне разлике).
- 2.2. Да ли је прихватљиво да наглашена визуализација крвних судова и мукозних структура буде софтверским путем? (Софтверским путем је боља технологија).
- 2.3. Да ли је прихватљиво да дубина видног поља буде 4-100 mm?
- 2.4. Да ли је прихватљиво да радна дужина буде 1050 mm?
- 2.5. Да ли је прихватљиво да се за конекторе користе додатне капе за потапање? Водоотпорни конектори не утичу на квалитет опреме и слике , већ на поступак прања и дезинфекције ендоскопа.

3. HDTV LCD monitor od minimalno 21 inča

- 3.1 Да ли је прихватљиво да резолуција слике буде WUXGA 1920 x 1200 где је однос страница 16:10 уместо HDTV 1920 x 1080 где је однос страница 16:9?
- 3.2. Да ли је прихватљиво да угао гледања буде 178/178°?

Одговор:

1. Видео центар са извором светла:

- 1.1. За наручиоца није прихватљиво да извор светла буде Xenon 150W. LED светло представља технолошку новост на нашем тржишту нуди више произвођача . Животни век LED светла је и до десет пута дужи од животног века хепон лампе што отклања потребу за честим заменама лампе.
- 1.2. Наручилац остаје при захтеву да резолуција слике буде HDTV.
- 1.3. Наручилац остаје при захтеву да се приказ наглашене визуализације крвних судова врши оптичком методом, а не софтверским путем.
- 1.4. Прихватљиво је да аналогни излази буду минимално RGB,composite и Y/C
- 1.5. За наручиоца је прихватљиво да дигитални излази могу бити и 2xDVI
- 1.6. Прихватљива је свака опција која приликом фотографисања из групе привремених фотографија бира најштрију фотографију и складишти је у меморију.
- 1.7. За наручиоца је прихватљиво да електронски зум буде 1,2x;1,5x, а може још и 2,0x
- 1.8. Наручилац остаје при захтеву да подешавање боја треба да буде RED,BLUE и CHROMA.

2. Video endoskop – gastroskop (HDTV video gastroskop)

- 2.1. Наручилац остаје при захтеву да резолуција треба да буде HDTV.
- 2.2. Наручилац остаје при захтеву да се приказ наглашене визуализације крвних судова врши оптичком методом а не софтверским путем.
- 2.3. Наручилац остаје при захтеву да ендоскоп има дубину видног поља 2-100mm.
- 2.4. За наручиоца је прихватљиво да радна дужина буде од 1030 до 1050mm
- 2.5. Наручилац остаје при захтеву да сви конектори буду водоотпорни и потпуно потопиви без додатних поклопаца и заштитних капица. Ово управо из разлога да би се приликом дезинфекције ендоскоп могао потпуно потопити без бојазни да ће се због заборављеног, лоше постављеног или оштећеног заштитног поклопаца доћи до оштећења ендоскопа.

3. HDTV LCD monitor od minimalno 21 inča

- 3.1. За наручиоца је прихватљиво да монитор има резолуцију WUXGA уколико је у могућности да репродукује HDTV слику без нарушавања квалитета исте.
- 3.2. Прихватљиво је да угао гледања буде и 178/178 степени.

Комисија

Др Соња Вукелић Газдић, члан

Др Милева Ловрић Јовановић, члан

Сава Крендић, дипл. ецц, члан

Мирјана Бокан, дипл. правник, члан

Игор Тошић, службеник за јавне набавке, члан