



Sombor, 30.10.2017. godine  
Број: 30-4795 ројашњење 4

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна ројашњење:

**Питање:**

1. У конкурсној документацији је наведено:  
„Сопствено мобилно постоље са кочницама на точковима и носач за пацијент црева“

Да ли мобилно постоље подразумева да апарат има могућност директног спајања са болничким креветом ради лакшег транспорта?

2. У конкурсној документацији је наведено:  
„Има компензацију цурења и тубуса“

Да ли се под компензацијом тубуса подразумева да апарат има компензацију тубуса са степеном компензације 0-100 % у спонтаним и мандаторним удисајима?

3. У конкурсној документацији је наведено:  
„Истовремено приказивање 3 кривуље дисања“

Да ли се за истовремени приказ 3 кривуље подразумева могућност избора између следећих кривуља : Притисак, Проток, Волумен, P

**Одговор:**

1. Апарат за механичку вентилацију (респиратор) треба да има мобилно постоље са кочницама на точковима и носач за пацијент црева, а не мора да има могућност директног спајања са болничким креветом.
2. Респиратор треба да има аутоматску компензацију тубуса са степеном компензације 0-100 % у спонтаним и мандаторским удисајима.
3. Респиратор треба да има могућност да се у исто време на дисплеју приказују три кривуље дисања.

