



Сомбор, 12.12.2017. године
Број: 30-6008/појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање: Да ли сте за ставку бр 4 – Рукавице хируршке стерилне за ортопедске процедуре (неталкиране, дужине минимум 280мм, дебљина на прстима 0,29мм, дебљина на длану 0,26мм) у партији број 2.3 мислили на једноструке ортопедске рукавице произведене од латекса?

Одговор: Да.

Питање: Да ли сте за ставку бр 2 – Системи за инфузију у партији бр 2.11 мислили на инфузионе системе дужине црева 185цм?

Одговор: Да.