



Сомбор, 04.04.2018. године
Број: 30- 1811 појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање:

У делу конкурсне документације - Захтеване карактеристике ЦТ апарата - 16 слајсни, захтевали сте:

1.2. Најкраће време за једну пуну ротацију скенирања (360 степени), не дуже од 0,6 секунди.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да измени овај захтев тако да гласи: „Најкраће време за једну пуну ротацију скенирања (360 степени), не дуже од 0,75 секунди.

Ова измена омогућиће већу конкуренцију међу понуђачима, док неће имати утицаја квалитета

дијагностике. Уређај који нудимо у нашем програму при брзини 0,75 секунди формира слајс дебљине 0,625мм што је значајно испред конкуренције.

4.3. опсег вертикалног померања стола у распону 450 -790 мм или шире.

Молимо наручиоца да појасни да ли захтева да померање стола буде моторизовано.

Ако је одговор потврдан молимо Вас да извршите измену захтева тако да гласи: „Опсег моторизованог вертикалног померања стола у распону 450 -790 мм или шире.“

У додатним условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова захтевали сте важеће сертификате управљања квалитетом ЛСО9001 и ИСО13485 за сервис и продају медицинске опреме.

Обзиром да се сертификат ИСО 13485 односи првенствено на производњу и дизајн медицинске опреме, да га поседује само један потенцијални понуђач, као и да је пружање услуга продаје, подршке и сервисирања медицинских уређаја регулисано процедурама стандарда ИСО 9001:2008 и то његовом тачком 7.5. Реализација услуга, да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач достави ИСО 13485 сертификат за произвођача ЦТ апарата?

Одговор:

Наручилац ће прихватити предлоге потенцијалног понуђача и изменити конкурсну документацију и то:

1.2. Најкраће време за једну пуну ротацију гентрија (360⁰), 0.8 сек.

4.3. Опсег моторизованог вертикалног померања стола у распону 450 - 790 мм или шире

Наручилац ће прихватити и ИСО13485 сертификат за произвођача ЦТ апарата тако да конкурсна документација сада гласи:

- **ИСО13485 за сервис и продају медицинске опреме ИЛИ ИСО13485 сертификат за произвођача ЦТ апарата**

Комисија