

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор
Војвођанска 75
25000 Сомбор



Централа	+381 (25) 467-700, 467-800
Секретар	+381 (25) 467-757
Факс	+381 (25) 417-022, 417-088
e-mail	direktor@bolnicasombor.org.rs
web site	www.bolnicasombor.org.rs

Матични број: 08906173; Регистарски број: 8236092170; Шифра делатности: 86-10; ПИБ: 106205005;
Текући рачуни: 840-801661-66; 840-787667-47; 840-1242761-40

Сомбор, 31.08.2018. године
Број: 30-5990/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање: Партија 28. - На колико монитора ће се инвазивно мерити притисак и које су марке монитори?

Одговор: Притисак ће се инвазивно мерити на једном монитору који је марке Siemens. Апарат Siemens, тип Artis One, Кат. број: 14430350, Сер. број: 82215.

Чланови Комисије: