



Сомбор, 24.09.2018. године
Број: 30-5990/појашњење 5

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање: Молимо вас да нам детаљније појасните партије бр. 22 и 23. Наиме, занима нас да ли постоје посебни услови у вези са материјалом од којих су средстава израђена, притиском који би требало да издрже и сличним јер конкурсном документацијом ништа није специфицирано.

Одговор: На страни 94. конкурсне документације наведене су детаљне карактеристике за партију 22. којима мора одговарати и партија 23.

Partija 22 : Luer lock/muško-ženski,materijal-savitljiv i izdržljiv (poliuretan ili ekvivalent),unutračni dijametar 1,5-1,8mm,otporne na pritisak 1200PSI i više,prozirne

Partija 23 : Luer lock/muško-ženski,materijal-savitljiv i izdržljiv (poliuretan ili ekvivalent),unutračni dijametar 1,5-1,8mm,otporne na pritisak 1200PSI i više,prozirne

Чланови Комисије