



Сомбор, 16.10.2019. године
Број: 30-6067/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање: У оквиру спецификације пакета наручилац тражи Сечену навлаку - заштиту за параван ПА - 100*175*220 у ставци 17. Како форма тражене заштите није ближе описана и нејасно је о каквој се заштит ради, молимо да прецизирате облик (дужина, висина, ширина), и уколико је могуће, сликом допуните опис тражене заштите како бисмо могли одговорити потребама ваше установе

Одговор: Партија 27. Стерилни пакет за ангио процедуре ставка 17. Сечена навлака – Заштита за параван ПА – 100*175*220 Стерилна навлака за заштиту бочне оловне завесе, направљена од полиетилена, дебљине 45 микрона, полусечена, са доње и бочне стране тако да се лако поставља и не клизи са оловног паравана (завесе) дим. 100x175x220цм

Питање: Молим Вас за одговор на питање везано за ЈН 35/2019 под називом Материјал за ангио салу, везано за Партију број 25 - Цеви за мерење притиска 150-155цм. Да ли су техничком спецификацијом захтеване Цеви за мерење крвног притиска дужина 150-155цм?

Одговор: Наручилац захтева дужину цеви наведену и у називу партије и у детаљном опису на 97. страни конкурсне документације ЈН 35/2019

Чланови Комисије: