



Сомбор, 03.01.2020. године  
Број: 26 - 7561/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

**Питање:** Molim Vas da se proširi specifikacija za partiju broj 2 ( Dvolumenski kateter ) , JN broj 47/2019 ( Nabavka materijala za CRRT dijalizu -ponovljen postupak ) tako da glasi :

- Dvolumenski hemodijalizni kateter set 12 Fr **15-16 cm** sa mekim plavim vrhom, distalnim lumenom 12 Ga (protok pri 100 mmHg **220 -400 ml/min** i pri 200 mmHg **370 - 500 ml/min**) i proksimalnim lumenom 12 Ga (protok pri 100 mmHg **220 -400 ml/min** i pri 200 mmHg **370 - 500 ml/min**).

**Одговор:** Наручилац прихвата захтев потенцијалног понуђача и врши измену конкурсне документације на тражено.

**Чланови Комисије:**