



Сомбор, 22.01.2020. године  
Број: 26 - 8/појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

**Питање:** Партија 2.1. Да ли се ставка 8. Бризгалица 50мл 50/60мл без пвц-а стер. ЕО, троделни са гумицом тип: ПЕРФУЗОР користи за инфузиону пумпу и уколико да, да ли можете да прецизирате за који модел инфузионе пумпе?

**Одговор:** Ставка 8. се не користи за инфузиону пумпу.

**Питање:** Партија 2.11. Ставка 2. Инфузиони систем - обзиром да постоји више врста инфузионих система да ли Вам је потребан инфузиони систем следећих карактеристика: Да је луер лоцк са Y конекцијом, без игле, дужина тубе 180цм, са регулатором протока, са филтером φ12.3 у појединачном стерилном паковању?

**Одговор:** Ставка 2 – Инфузиони системи

Мекана ПВЦ цев отпорна на савијање, дужине 180цм, са интегрисаним регулатором протока, двоструком комором са бактериолошким филтером, Y конекцијским портом, луер лоцк, у појединачном стерилном паковању и у складу са тим измењена је конкурсна документација у делу техничких спецификација.

**Питање:** Партија 3.4. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се добро из ставке 5 испоручује у паковању од 100г а да се јединична цена исказе за 200г као што је тражено конкурсном документацијом.

**Одговор:** Да, за Наручиоца је прихватљиво паковање од 100 гр а јединична цена од 200гр.

**Питање:** У вези додатаног услова конкурсне документације које се односи на овлашћење за учешће у поступку јавне набавке, да ли је потребно да носиоци Решења АЛИМС достављају овлашћење издато од стране произвођача или уговор са произвођачем?

**Одговор:** Како и сам додатни услов захтева, потенцијални понуђач доставља **или** важећи уговор са произвођачем **или** овлашћење издато од стране произвођача.

**Питање:** За партију 2.27 ЈН 49/2019

За ставку бр.4;

Молимо за одговор која од понуђених Пипета је прихватљива, од 3мл, 1мл или су обе у оптицају како бисте могли да их одвојите као посебне ставке?

За ставку бр. 3 да ли долази у оптицај ПВЦ епрувете 11x70?

**Одговор:** За ставку бр. 4 - Прихватљива је пипета од 3мл и Наручилац врши измену конкурсне документације у том делу, док за ставку бр. 3 - Наручилац остаје при траженом захтеву 16/100.

**Питање: За партију 5.1**

- Ставка бр.1 да ли долази у оптицај ланцета крвна стерилна, јер наведене ланцете се више не могу набавити након испитивања на тржишту?
- Ставка бр.2 да ли су у опцији само жути или плави наставци или и једни и други како бисте их раздвојили као посебне ставке, није иста запремина као ни цена?
- Ставка бр. 7 да ли су потребна само обична или брушена, или их раздвојите као посебне ставке

**Одговор:** За ставку бр. 1 - да, долази у оптицај, Наручилац врши измену конкурсне документације

За ставку бр. 2 - Наставци за аутоматску пипету - жути, Наручилац врши измену конкурсне документације

За ставку бр. 7. - Ставке су раздвојене, Наручилац врши измену конкурсне документације

**Питање:** Партија 6.3 ставка 1-Тражене су само две ефикасности производа- ЕН1500 и ЕН 12791. Обзиром да се током времена мења отпорност микроорганизама, где они постају отпорни на разне активне материје које су већ дужи временски период у саставу производа, мишљења смо да две наведене ефикасности нису довољне за доказ квалитета и комплетне микробиолошке ефикасности производа. Молимо вас да, уколико се слажете, тражите још додатних ефикасности производа, као нпр.-дејство на МНВ (Мурине норо вирус), Х1Н1 вирус, Вацциниа вирус, Рота вирус, као и додатне ефикасности у виду ЕН 14348 или одговарајуће, ЕН13727 или одговарајуће и ЕН13624 за бакетрицидну и фунгицидну ефикасност

**Одговор:** Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача и Наручилац врши измену конкурсне документације.

**Питање:** Партија 6.3 ставка 2- Обзиром да се ради о производу за прање руку и тела, особља, пацијената, имунодефицијентних пацијената, деце, одраслих и геронтолошких пацијената, да ли је потребно доставити доказ да производ не иритира очи, као и да је дерматолошки испитан.

**Одговор:** Потребно доставити доказ да производ не иритира очи, као и да је дерматолошки испитан, Наручилац врши измену конкурсне документације.

**Питање:** Партија 6.2 ставка 2-Да ли сте мислили на концентрат у виду "перли", са спороцидним ефектом?

**Одговор:** Да, Наручилац врши измену конкурсне документације.

**Чланови Комисије**

---

Јасмина С. Чанковић, члан

---

Ања Рибар, члан

---

Игор Тошић, члан