



Сомбор, 24.01.2020. године
Број: 26 - 8/појашњење 3

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање: Молимо Вас за додатно појашњење за **партију 5.1** ЈН 49/2019
За ставку бр.8;

С обзиром да сте у ставци број 7 захтевали предметна стакла једнострано брушена, да ли је за ставку број 8 прихватљиво понудити предметна стакла двострано брушена или предметна стакла обична (небрушена)?

Како Вам је сада наведено тражите у обе ставке обична једнострана брушена стакла. Молимо Вас појасните нам шта Вам заправо треба како бисмо припремили одговарајућу понуду.

Одговор: Сва стакла су брушена (ивице су брушене због могућности повреде), а стакла су обична, једнострано мат и двострано мат.

Нама је потребно оно што је наведено у ставкама 7 и 8.

7	Predmetna stakla - jednostrano mat - standardna veličina i debljina, brušene	КОМ	8500
8	Predmetna stakla - obična - standardna veličina i debljina, brušene	КОМ	8500

Чланови Комисије