



Сомбор, 11.07.2018. године
Број: 30-4906/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање: партија број 7 - Редукциони вентили за кисеоничке дозне. Како у тендерској документацији не постоји прецизнији технички опис који директно условљава квалитет и компатибилност апарата са вашом постојећом инсталацијом као и потребним захтевима за коришћење, молимо вас да технички опишете какав је вама уређај потребан на основу чега бисмо могли да дамо одговарајућу понуду.

Одговор: У болници постоји централни развод инсталације медицинског кисеоника, притисак гаса у инсталацији износи 5 бара. Да би пацијенти могли користити кисеоник, притисак кисеоника из инсталације се редукује. На инсталацији медицинског кисеоника у болници постоје кисеоничке зидне дозне у које се брзом конекцијом могу поставити Редукциони вентили са мерачем протока кисеоника (флов метар) и овлаживачем. Преко ових уређаја се пацијенти снабдевају кисеоником.

На местима где болница нема развод кисеоника, користе се кисеоничке боце, притисак гаса у боцама је 150 бара, кисеоник из ових боца се редукује на притисак потребан за пацијента преко Редукционог вентила за кисеоничке боце са (флов метар) и овлаживачем.

Питање: Како поменути апарати подлежу обавезној регистрацији у АЛИМС-у у складу са Законом о стављању у промет медицинских средстава тај услов је морао бити неизоставно наведен у тендерској документацији. Да ли ћете додати овај обавезан услов у тендерској документацији?

Одговор: Не ради се о апарату, већ о обичном вентилу за који не постављамо додатне услове.

Чланови Комисије