



Сомбор, 23.07.2018. године
Број: 30-4773/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање: У вези Конкурсне документације за Јавну набавку добара - трансфузиолошки и лабораторијски материјал за потребе Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор ЈН бр 26/2018, објављене на Порталу јавних набавки 29.06.2018, овим путем Вам упућујемо захтев за додатним појашњењем везаним за Партију 1.8 - Имунохематологија 2
Да ли се у оквиру позиције 1 - Гел картица за одређивање антигена АВО i Rh(D) система и реверзне крвне групе DG Gel АВО/Rh (2D) захтева гел картица која у свом саставу садржи микроколоне: Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-D^{vl-}, Anti-D^{vl+}, Kontrola i Reverzna krvna grupa?

Одговор: Да, захтева се.

Да ли се у оквиру позиције 3 - Гел картица за одређивање антигена Rh i Kell sistema DG Gel Rh Pheno + Kell захтева гел картица која у свом саставу садржи микроколоне: Anti- D^{vl+}, Anti-C, Anti-E, Anti-c, Anti-e, Anti-C^w, Anti-Kell?

Одговор: Да, захтева се.

Да ли је обавезно да гел картице понуђене у оквиру позиција 1, 2, 3, 6 морају имати и контролне микроколоне ради постизања безбедности и сигурности у ради приликом имунохематолошког тестирања узорака крви?

Одговор: Да, обавезно је.

Чланови Комисије