



Сомбор, 11.09.2018. године
Број: 30-5990/појашњење 4

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање: На страни 90 конкурсне документације, тражено је да понуђена добра морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Како је Агенција у хроничној доцњи са издавањем Решења о обнови уписа постоји могућност да понуђачи немају важеће Решење чак иако су све кораке предузели у складу са Законом.

Да ли ћете прихватити као доказ Решење које је истекло уз приложени доказ да је предат захтев за обнову уписа?

Одговор: Наручилац ће прихватити и Решење које је истекло уз приложени доказ да је предат захтев за обнову уписа

Питање: На страни 90 конкурсне документације наведен је опис добара која се набављају у поступку јавне набавке.

За партију 21 . - Manifold 3 port – trokraka slavina, као и за више других партија нису наведене никакве тражене карактеристике.

На колики радни притисак треба да буде отпоран понуђени Manifold , да ли је у питање најмање 1200 PSI?

Одговор: У току досадашњег рада коришћен је Manifold 3 port – trokraka slavina desne оријентације, у низу, standard od 200 PSI (14 bara).

Чланови Комисије