



Сомбор, 22.11.2019. године
Број: 26-6973/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање: У оквиру конкурсне документације сте за један од додатних услова које понуђач мора да задовољи, између осталог, захтевали:

*УСЛОВ: да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:*

- *Минимум 3 сервисера (који могу бити ангажовани на све начине у складу са Законом о раду) који имају сертификате издате од стране произвођача за севисирање опреме тог произвођача (сертификат мора бити издат од стране овлашћеног тренинг центра произвођача)*

Да ли је потребно доставити сертификате за следеће апарате (за партије 2 до 5):

- Fabius TIRO
- Fabius GS
- Fabius CE
- ZEUS IE
- Evita V300 ?

С обзиром на то да сте у конкурсној документацији били неодређени и недоследни у навођењу модела апарата, наводећи и непостојеће апарате, као нпр. (Fabius TYRO, Fabius C, Evita C300, Fabius TYRO GS !?), молимо да документацију доведете у ред и ускладите називе партија (од 1 до 5) са обрасцима понуде, како бисмо могли да доставимо исправну понуду и како би био јасан начин доказивања додатних услова.

Надамо се да у недоследности у именовану апарата у конкурсној документацији и у навођењу нетачних назива апарата није постојала крајња намера.

Одговор: Наручилац је узео у обзир примедбе потенцијалног понуђача и отклонио техничке грешке (у овом случају које су се односиле на то како је код нас апарат заведен, ни у једном моменту није била намера да се понуђач доведе у забуну), и извршио измену конкурсне документације. Са друге стране, услов који се односи на кадровски капацитет и потребу достављања сертификата, Наручилац остаје при томе да је потребно доставити сертификате за све апарате који су предмет јавне набавке.

Чланови Комисије