



Сомбор, 03.06.2019. године
Број: 26-2685/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање бр. 1

Ставка 1: Уретротомом са припадајућом опремом

Да ли ће за наручиоца бити прихватљиво да се понуди **Спољна кошуљица уретротомом 26 Fr**, Аутоклавибилна 1 ком, обзиром да је разлика незнатна и не утиче битно на рад корисника?

Одговор: Наручилац ће прихватити и спољну кошуљицу уретротомом 26 Fr (25 или 26 Fr)

Питање бр. 2

Ставка 4. - Сукциона пумпа са припадајућом опремом - 1 комплет

Да ли ће за наручиоца бити прихватљиво да се понуди **Сукциона посуда за пумпу од 2 литра**, обзиром да је разлика незнатна и не утиче битно на рад корисника?

Одговор: Наручилац ће прихватити и сукциону посуду од 2 литре (2 – 2,5 литре)

Чланови Комисије: