



Сомбор, 21.06.2019. године
Број: 30-2950/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање: Наше питање се односи на партију 5 – глукоза анализер за Биосен или одговарајуће. Обзиром да није наглашено да је у питању затворен систем на који начин сте предвидели да се понуде одговарајући тестови? Да ли то значи да је могуће понудити еквивалентне тестове и реагенсе за одређивање глукозе из капиларне крви другог произвођача уз које бисмо Вам понудили бесплатно апарат са којим се реагенси користе? Принцип извођења теста и перформанце апарата су једнаке као код апарата Биосен.

Одговор: Наручилац спроводи отворени поступак ЈНОПБР 19/2019 који је Законом о јавним набавкама предвиђен као редован, најтранспарентнији и нејекономичнији поступак јавне набавке.

Чињеница је да је Конкурсном документацијом јасно дефинисано да је у питању Набавка медицинског потрошног лабораторијског материјала за потребе болнице, и то набавка потрошног материјала за рад на медицинској опреми која се већ налази у Општој болници. Наиме, ова предметна јавна набавка је обликована на начин како одговора реалним и оправданим потребама Наручиоца.

Искључује се могућност појединачне понуде апарата и одговарајућих тестова за рад на том апарату, јер је предмет јавне набавке – набавка медицинског потрошног материјала, а не набавка апарата.

Напомињемо да навођењем појма „или одговарајући“, Наручилац омогућава да сви потенцијални понуђачи који могу понудити одговарајући потрошни материјал учествују у овом поступку јавне набавке.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац остаје при дефинисаној конкурсној документацији.

Чланови Комисије